

### 2.3.24.Ekzimer Lazer Cerrahisi Müdahale Birimi Fiziki Standartları Genelgesi (2014/17)



**T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - SAĞLIK HİZMETLERİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MEVZUAT İŞLERİ DAİRE  
BAŞKANLIĞI  
22.04.2014 09:33 - 2014.5407.340 / 010.06.02  
00003014098 10107114338

Sayı : 54567092/010. 2014.5407.340 22.04.2014

Konu : Ekzimer Lazer Cerrahisi Müdahale birimi fiziki standartları

.....**VALİLİĞİNE**  
(İl Sağlık Müdürlüğü)

**GENELGE**  
**2014/17**

Bilindiği üzere 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı Yönetmelik aynı isimli “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mezkûr Yönetmeliğin yürürlükte kaldırılması ile 16.03.2002 tarih ve 24697 sayılı “Eksimer Lazer Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğ” de yürürlükte kaldırılmıştır.

Ülkemizde hizmet veren özel tıp merkezi ve özel hastanelerin bünyesinde hizmet verecek ekzimer lazer cerrahi müdahale biriminin projelerinin incelenmesi esnasında genel ameliyathanelerin içerisinde oluşturulması gerektiği yönünde değerlendirme yapılmakta idi. Ancak, konu ile ilgili Bakanlığımıza intikal eden taleplere göre hizmet gereği ameliyathane içerisinde bulunma zorunluluğunun olmadığı anlaşılmış olup, buna yönelik taleplerin değerlendirilmesinde gözönünde bulundurulacak fiziki standartlar ve tıbbi donanım araç-gereç listesinin belirlenmesi zarureti doğmuştur.

Ülkemizde hizmet veren özel/dal tıp merkezi ve özel hastaneler ile Bakanlığımıza ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde açılan/açılacak ekzimer lazer cerrahisi müdahale biriminin taşınması gereken fiziki standartlar aşağıda; bulundurulacak asgari tıbbi donanım ve araç gereç listesi Ek-1’de belirtilmiştir.

**1- Ekzimer lazer cerrahisi uygulanacak sağlık kuruluşlarında aşağıda belirtilen fiziki şartlara sahip ayrı bir cerrahi müdahale birimi bulunmalıdır**

**a) Ekzimer lazer ameliyat odası:** Lokal anestezi altında cerrahi müdahale uygulanan, ekzimer lazer cihazı ile asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş olan odadır.

Ekzimer lazer cihazı ile odanın duvarları arasında en az 1 metrelik mesafe bulunmalı ve rahat dolaşım alanı kalacak şekilde asgari 20 metrekare yüz ölçüme sahip olmalıdır.

**b) Yıkama bölümü:** Ekzimer lazer ameliyat odasına/yarı steril alana geçiş sağlanabilen ve müdahale öncesi gerekli kişisel sterilizasyon işleminin gerçekleştirildiği akar suyu bulunan bölümdür.

**c) Hazırlık ve gözlem odası:** Cerrahi uygulama öncesi ve sonrası hastanın bir süre dinlenebileceği odadır. En az 6 metrekare yüz ölçüme sahip olmalı ve bir adet hasta yatağı veya gerektiğinde 180 derece yatabilir konumda bir koltuk ile tekerlekli sandalye bulunmalıdır.

**d) Yarı steril alan:** Ameliyat odası ve yıkama bölümünün bağlantılı olduğu, tabanı antistatik malzeme ile döşeli alandır. Yıkama alanı bu bölümde bulunabilir.

Ekzimer lazer ameliyat odasının genel ameliyathane içerisinde bulunması halinde sadece 20 metrekare ameliyat odasının bulunması yeterlidir.

**2- Ekzimer lazer ameliyat odası aşağıda belirtilen fiziki özellikleri taşımalıdır:**

**a) Tabanı antistatik, tıbbi kullanıma uygun hijyenik malzeme ile kaplı olmalıdır.**



**T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü**

**b)** Odada insan sağlığı açısından gerekli olan optimal termal koşullar ile cihazın çalışması için gerekli olan ortam sıcaklığını ve nemini regüle edecek ısıtma- soğutma sistemi bulunmalıdır.

**c)** Odanın havasını dış ortama tahliye edebilen tek yönlü aspiratör sistemi olmalıdır.

**ç)** Odada partikül miktarını azaltan damlacık enfeksiyonunu önleyen mobil veya sabit Hepafiltre sistemi olmalıdır.

Yukarıda belirtilen şartlar dışında ekzimer lazer cihazının teknik özelliklerinin gerektirdiği şartların da ayrıca bulunması gereklidir.

**3-** Ekzimer lazer cerrahi müdahale birimini destekleyen bir kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör bulunmalıdır. Bu güç kaynağı birimde veya binanın bir başka yerinde olabilir. Kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörün kapasitesi ekzimer lazer cihazı dahil, desteklenen tüm birimlerin enerji tüketim miktarının en az bir misli fazla olmalıdır.

**4-** Bu birimlerde ekzimer lazer ile PTK (Fotoreterapötik keratektomi), ekzimer lazer ile PRK (Fotorefraktif keratektomi), LASİK (Lazer in situ keratomilozis), LASEK (Lazer epitelyal keratotomi), Korneal Kollagen Cross Linking (CXL), Astigmatik Keratotomi, Radial Keratotomi ve Arkuat Kesiler gibi korneal cerrahi işlemler ve göz içi enjeksiyonlar yapılabilir.

**5-** Ekzimer lazer cerrahi müdahale biriminde göziçi cerrahi işlemler yapılamaz.

**6-** Ekzimer lazer cerrahi müdahale biriminde asgari EK-1 de belirtilen malzemeler bulunmalıdır.

Söz konusu sağlık kuruluşları bünyesinde açılacak ekzimer lazer cerrahi müdahale birimine ait iş ve işlemlerin bu Genelge doğrultusunda yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  
**Prof. Dr. Nihat TOSUN**  
**Bakan a.**  
**Müsteşar**

EK-1:Ekzimer Lazer Cerrahisi İçin Bulundurulması  
Gerekli Asgari Malzemeler Listesi (1 sayfa)

**DAĞITIM:**

Gereği

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilgi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı